

Datum:

Unser Zeichen:

Ihr Zeichen:

Ihr Schreiben vom:

03.04.2006

P11466



Auf dem Guggelensberg 14
D-76227 Karlsruhe

Freecall: 0800 40 55 520

Telefax: 0721/40 83 85

E-mail: info@Dr-Kubelik.de

Internet: www.Dr-Kubelik.de

Dr. KUBELIK OHG INDUSTRIEVERTRETUNGEN · Auf dem Guggelensberg 14 · D-76227 Karlsruhe

PCI Augsburg GmbH
Postfach 10 22 47

86012 Augsburg

Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von PCI NOVOMENT M1 Plus

Messprotokoll

	λ in W/mK						
Probe	1. Wert	2. Wert	3. Wert	4. Wert	5. Wert	°C	Mittelwert
Novoment M1 Plus	1.8299	2.1386	1.7383	1.9556	2.0412	29	1.9407

Die Messungen wurden mit dem Gerät **KEMTHERM QTM-500** der Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd. durchgeführt.

Karlsruhe, 03.04.2006


Ute Kubelik

Geschäftsführer:
Dr. (Univ. Strassburg) Ute Kubelik
Sabine Hartmann-Kwastek

Handelsregister:
Amtsgericht Karlsruhe, HRA 2814
USt.-IdNr. DE 209 719 682

Postbank Karlsruhe
BLZ 660 100 75
Konto 110 361-751

Dresdner Bank Karlsruhe
BLZ 660 800 52
Konto 5 855 810